

WYKONAWCY

/wszyscy/

Ess-med/1/21

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 20.07.2021r.

ZAWIADOMIENIE /2/

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ewa Szypuła Stąpor „ESS – MED.” ul. Tyszkiewiczów 5, 36-100 Kolbuszowa Dolna zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów SWZ w postępowaniu:

Dot. postępowania w trybie podstawowym : ” Dostawa Mammografu cyfrowego w zakresie zadania pn „ Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy” ”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy: Zał nr 2 Ess-Med./1/21 Wymagania Ogólne pkt 3. Mammograf wysokiej klasy – min. detektor produkowany przez producenta oferowanego mammografu i zał.5 Ess-Med./1/21 pkt. I Wymagania ogólne 4 Mammograf wysokiej klasy – min. detektor produkowany przez producenta oferowanego mammografu.

Szanowni Państwo,

wymogi specyfikacji opisane w przedmiotowych punktach SWZ uniemożliwiają złożenie ważnej oferty na wysokiej jakości mammograf ze względu na miejsce produkcji detektora, a nie jego parametry techniczne.

Dobór wysoko jakościowych podzespołów nieprodukowanych jednocześnie w tych samych zakładach jest praktykowany przez czołowych producentów mammografów w tym: Siemens, IMS czy Hologic. Oprócz znakomitych parametrów obrazowania ważną zaletą detektorów produkowanych min. przez czołowego amerykańskiego producenta Varex, jest fakt, że po okresie gwarancyjnym Zamawiający ma dostęp do części zamiennych charakteryzujących się bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny i możliwością wymiany w krótkim terminie.

W wyborze detektora istotne są parametry techniczne, a miejsce produkcji detektora nie przekłada się na jakość diagnostyczną, co znajduje swoje stosowne potwierdzenie w międzynarodowych opracowaniach. Proszę zauważyć, że z jednej strony wymogi przedmiotowego SWZ dopuszczają do udziału w przetargu mammograf bez automatycznej kolimacji wiązki i wielkości piksela powyżej 90 µm, a z drugiej strony zapisy SWZ uniemożliwiają złożenie oferty na wysokiej jakości mammograf tylko i wyłącznie ze względu na miejsce produkcji detektora.

Zapisy wymogów ww. punktów ograniczają konkurencję i możliwość otrzymania najwyższej jakości sprzętu. Według nas ww. zapisy są sprzeczne z Prawem Zamówień Publicznych.

Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę powyższej argumentacji i dopuszczenie do udziału mammografów wyposażonych fabrycznie w detektory amerykańskiego producenta Varex.

Zapis w obecnej formie uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedzi Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ

dot. Załącznika nr 3 – § 2 ust. 1 Wzoru umowy

2. Prosimy o potwierdzenie czy termin dostawy mammografu określony w §2 ust. 1 umowy na 30 sierpnia 2021r. jest terminem w jakim wykonawca powinien dostarczyć przedmiot umowy do

lokalizacji, czy też w tym terminie powinna nastąpić również jego montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu. **Odpowiedzi Zamawiającego: Termin dostarczenia aparatu wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem personelu .**

dot. Załącznika nr 3 – § 3 ust. 4a Wzoru umowy

3. Czy Zamawiający potwierdza, że prawo odmowy odbioru w przypadku dostawy wadliwego przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie wad istotnych niemożliwych do usunięcia? **Odpowiedzi Zamawiającego: Tak**

dot. Załącznika nr 3 – § 7 ust. 4 Wzoru umowy

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:

„4. W ramach rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany przedmiotu umowy lub naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych (a w przypadku gdy wymagane jest sprowadzenie części zamiennych spoza granicy RP – 10 dni roboczych) od chwili zgłoszenia reklamacji. W przypadku konieczności trzeciej naprawy tego samego elementu lub podzespołu Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy dostarczenia fabrycznie nowego, wolnego od wad elementu lub podzespołu urządzenia.” **Odpowiedzi Zamawiającego: Zgoda na proponowany zapis.**

dot. Załącznika nr 3 – § 7 ust. 6 Wzoru umowy

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:

„6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi w okresie 24 miesięcy od dnia odbioru towaru bez zastrzeżeń.

Oprócz uprawnienia do żądania wymiany towaru na wolny od wad lub naprawy wadliwego towaru w terminie określonym w ust. 4 - Zamawiającemu przysługują w szczególności następujące uprawnienia: do żądania dostarczenia sprzętu zastępczego, a w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego - uprawnienie do wynajęcia sprzętu zastępczego na koszt Wykonawcy, uprawnienie do naliczenia kar umownych – szczegółowo uregulowane w umowie.”

Odpowiedzi Zamawiającego: Zgoda na proponowany zapis. Zamawiający ponadto poprawia kolejność numeracji poszczególnych punktów par. 7 wzoru umowy.

dot. Załącznika nr 3 – § 7 ust. 7 Wzoru umowy

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:

„7. W razie przedłużającego się czasu naprawy lub wymiany towaru ponad termin określony w ust. 4 po stronie Wykonawcy powstaje obowiązek dostarczenia sprawnego sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych od wskazanego w opisie przedmiotem umowy. W razie nie dostarczenia sprzętu zastępczego w ww. terminie, Zamawiający nabywa prawo:

a) do wynajęcia sprzętu zastępczego na koszt Wykonawcy.”

Odpowiedzi Zamawiającego: Zgoda na proponowany zapis.

dot. Załącznika nr 3 – § 7 ust. 9 Wzoru umowy

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:

„9. Każda naprawa przedmiotu umowy powoduje że wydłużenie okresu gwarancji przedmiotu umowy o czas jego niesprawności. W przypadku dokonania istotnych napraw towaru okres

gwarancji przedmiotu umowy biegnie na nowo.” **Odpowiedzi Zamawiającego:** Zgodnie z zapisami SWZ

dot. Załącznika nr 3 – § 10 ust. 1 lit. A) – E) Wzoru umowy

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację? Jednocześnie Wykonawca wyjaśnia, że punkty C) oraz C2) zastrzegają kary umowne na takie same naruszenia.:

„A) W wysokości 10 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,

B) Jeżeli zwłoka w dostawie przedmiotów umowy przekroczy 5 dni roboczych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w terminie 5 dni od powstania ww. uprawnienia do odstąpienia, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto którego dotyczy odstąpienie,

C) Za zwłokę w wykonaniu obowiązków terminowej dostawy towaru lub obowiązku terminowej naprawy lub wymiany przedmiotu umowy - w wysokości 250 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia,

W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego, w terminie określonym w umowie, Zamawiający może zrezygnować z naliczania z kar umownych w przypadku ww. zwłoki.

E) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w § 10A niniejszej Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości przeniesionej, przekazanej, poręczonej lub objętej pełnomocnictwem wierzycelności”. **Odpowiedzi Zamawiającego:** Zamawiający modyfikuje zapisy par. 10 wzoru umowy:

§10

„ 1. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy strony ustalają:

następujące kary umowne należne Zamawiającemu od Wykonawcy:

A) W wysokości 10 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,

B) Jeżeli zwłoka w dostawie przedmiotów umowy przekroczy 5 dni roboczych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w terminie 2 miesięcy od powstania ww. uprawnienia do odstąpienia, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto którego dotyczy odstąpienie,

B1) Jeżeli zwłoka w naprawie lub wymianie na nowe przedmiotu umowy lub dostawie sprzętu zastępczego przekroczy 5 dni roboczych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w terminie 2 miesięcy od powstania ww. uprawnienia do odstąpienia, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy którego zwłoka dotyczy. Zamawiający może zrezygnować z odstąpienia w razie zwłoki w naprawie lub wymianie jeżeli Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze zgodnie z umową,

C) Za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy, w tym obowiązku terminowej dostawy towaru lub obowiązku terminowej naprawy lub wymiany przedmiotu umowy - w wysokości 250 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia,

W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego, w terminie określonym w umowie, Zamawiający może zrezygnować z naliczania z kar umownych w przypadku ww. zwłoki.

~~C2) Za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy, w tym obowiązku terminowej dostawy sprzętu zastępczego w wysokości 500 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia,~~

D) 15 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy brutto za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Wykonawcę.

E) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w § 11A niniejszej Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości przeniesionej, przekazanej, poręczonej lub objętej pełnomocnictwem wierzycelności,

2. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty wraz z notą obciążeniową.
3. Za zwłokę w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe wynikające z opóźnień w transakcjach handlowych.
4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy jest niezależne od innych uprawnień Zamawiającego wynikających z nieprawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę i może być wykonywane łącznie.
6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy może być realizowane częściowo – w zakresie zindywidualizowanych towarów, których dotyczy nieprawidłowa realizacja umowy.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30% wartości zamówienia."

9. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie kto będzie odpowiedzialny za wykonanie projektu osłon stałych? **Odpowiedzi Zamawiającego: Wykonawca zamówienia.**

10. Czy Zamawiający potwierdzi, że w pomieszczeniach mammografu istnieje sprawna wentylacja, która spełnia wymogi polskich przepisów. **Odpowiedzi Zamawiającego: Tak**

11. Prosimy o udostępnienie wyników pomiarów wentylacji nie starszych niż 1 rok. Bez tego nie będzie możliwe złożenie projektu osłon stałych w WSSE **Odpowiedzi Zamawiającego: Do wglądu u Zamawiającego.**

12. Prosimy o wskazanie drogi transportowej urządzenia z parkingu do pomieszczeń w których ma nastąpić instalacja. Czy na drodze występują schody, windy? Jeśli transport urządzenia ma się odbywać przy pomocy windy to prosimy o zapewnienie obecności serwisu windy podczas dostawy urządzenia. **Odpowiedzi Zamawiającego: Instalacja na I piętrze, dostępna winda, powiadomiony serwis.**

13. Jeśli urządzenie ma być instalowane na wyższych kondygnacjach budynku, w którym nie ma wind czy Zamawiający wyrazi zgodę na transport urządzenia za pomocą dźwigu przez wykonany w tym celu otwór w ścianie zewnętrznej budynku. **Odpowiedzi Zamawiającego: j.w nie dotyczy.**

14. Jeśli pomieszczenie przeznaczone do instalacji urządzenia wymaga adaptacji lub dostosowania do wytycznych instalacyjnych urządzenia podawanych przez producenta to kto będzie odpowiedzialny za wykonanie prac dostosowawczych? Czy Zamawiający wykona je we własnym zakresie? **Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. W pomieszczeniu jest obecnie mammograf.**

15. Czy Zamawiający zapewni dostępność zasilania doprowadzonego do miejsca instalacji kablem o odpowiednich parametrach? Wymagana dostępna moc pobierana przez urządzenie, które chcemy zaoferować to ok 5kVA (maksymalny chwilowy pobór mocy) **Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający zapewnia że w pomieszczeniu są odpowiednie parametry mocy.**

16. Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mb/s (upload/download) ze stałym adresem IP oraz urządzenie sieciowe umożliwiające zestawienie tunelu VPN w celu zdalnej diagnostyki urządzenia? **Odpowiedzi Zamawiającego: Tak,**

Zamawiający udostępni złącze internetowe , jednakże urządzenie VPN po stronie Wykonawcy.

17. Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi nie to czy Zamawiający zapewni łącze internetowe o parametrach jak w poprzednim pytaniu i wyrazi zgodę na instalację odpowiedniego urządzenia dostarczonego przez Wykonawcę w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki urządzenia? **Odpowiedzi Zamawiającego: j.w , tak**
18. Jeśli na oba poprzednie pytania odpowiedź brzmi nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na uruchomienie zdalnej diagnostyki za pomocą urządzenia sieciowego z modulem 3G 11. Prosimy o udostępnienie istniejącego projektu osłon stałych w celu weryfikacji konieczności montażu dodatkowych osłon w pracowni. **Odpowiedzi Zamawiającego: Tak**
19. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie rysunku pomieszczenia przeznaczonego do instalacji urządzenia – najlepiej w formie DWG lub innej zawierającej wymiary pomieszczenia. **Odpowiedzi Zamawiającego: Do wglądu u Zamawiającego .**
20. Prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma przewidzieć wymianę wykładziny podłogowej. Jeśli tak, prosimy o sprecyzowanie jaki obszar (ilość m2) podlega wymianie. **Odpowiedzi Zamawiającego: Nie**
21. Prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma przewidzieć wymianę drzwi do pracowni. Jeśli tak, prosimy o podanie ilości oraz rodzaj (ochronne rtg czy zwykłe). **Odpowiedzi Zamawiającego: Nie**
22. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje jakieś prace remontowe np. szpachlowanie, malowanie pomieszczeń, montaż sufitów podwieszanych, wymiany oświetlenia itp. za wykonanie, których odpowiedzialny będzie wykonawca? Prosimy o ich wyszczególnienie. **Odpowiedzi Zamawiającego: Nie przewiduje**
23. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje wymiany drzwi ochronnych RTG jeśli istniejąca stolarka będzie spełniała wymogi ochrony radiologicznej. **Odpowiedzi Zamawiającego: W pomieszczeniu znajduje się pracownia mammograficzna, nie wymaga dodatkowych prac .**
24. Prosimy Zamawiającego o podanie informacji w zakresie ilości planowanych akwizycji w tygodniu. **Odpowiedzi Zamawiającego: 400-500**
25. Prosimy o informację jakiego typu jest strop pod pomieszczeniami pracowni mammografii. **Odpowiedzi Zamawiającego: żelbetowy**
26. Prosimy o informację jakiego typu jest strop nad pomieszczeniami pracowni mammografii. **Odpowiedzi Zamawiającego: żelbetowy**
27. Prosimy o informację jaką funkcję pełnią pomieszczenia pod i nad pomieszczeniem pracowni mammografii (pomieszczeniem badań) oraz je otaczające. Jak długo w tych pomieszczeniach przebywają ludzie. **Odpowiedzi Zamawiającego: pod planowaną pracownią znajduje się gabinet lekarski, nad pracownią dach.**
28. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zatwierdzenie projektu osłon stałych RTG w WSSE będzie w gestii Zamawiającego. **Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.**
29. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje sporządzenia dokumentacji projektowej, **Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający potwierdza**

30. Czy Zamawiający będzie wymagał przekazania dokumentacji powykonawczej (niezbędne pomiary, próby instalacji, atesty certyfikaty) jeśli tak to prosimy o wyszczególnienie jakiej?

Odpowiedzi Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

31. Prosimy Zamawiającego o informację dot. typu, przekroju istniejącego kabla zasilającego mammograf. **Odpowiedzi Zamawiającego: na kablu obecnie pracuje mammograf analogowy, nie zachodzi konieczność wymiany.**

32. Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od pracowni mammografii zlokalizowana jest rozdzielnia elektryczna, z której zasilany będzie nowy aparat. **Odpowiedzi Zamawiającego: 5 metrów.**

33. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pracowni mammografu znajduje się działające gniazdo sieci komputerowej, które może zostać wykorzystane przez nowy mammograf. **Odpowiedzi Zamawiającego: Taki, istnieje sieć komputerowa.**

34. Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi „nie” to prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie odpowiedniej sieci komputerowej do miejsca montażu mammografu będzie leżało po stronie Zamawiającego. **Odpowiedzi Zamawiającego: j.w.**

35. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że instalacja komputerowa, telefoniczna, p.poż. itp. nie podlega modernizacji, wymianie i jest sprawna. W innym przypadku prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac **Odpowiedzi Zamawiającego: Wszystkie instalacje są sprawne i posiadają aktualne przeglądy .**

36. Jeśli wentylacja nie jest sprawna prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma wykonać nową instalację wentylacji mechanicznej we własnym zakresie? **Odpowiedzi Zamawiającego: Wentylacja jest sprawna i ma aktualny przegląd.**

37. Jeśli wykonawca będzie miał obowiązek wykonać nową instalację wentylacji we własnym zakresie prosimy o informację, gdzie Zamawiający dopuści posadowienie centrali wentylacyjnej dla pracowni? Prosimy o wskazanie miejsca jej montażu. **Odpowiedzi Zamawiającego: nie dotyczy**

38. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapewni odpowiednie chłodzenie pomieszczeń pracowni mammografii, spełniające wytyczne producenta aparatu. **Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.**

39. Jeśli Zamawiający nie potwierdzi zapewnienia odpowiedniego chłodzenia pomieszczeń prosimy o informację czy Wykonawca ma przewidzieć montaż dodatkowych klimatyzatorów typu split w celu zapewnienia prawidłowej pracy mammografu? **Odpowiedzi Zamawiającego: j.w.**

40. W przypadku konieczności montażu dodatkowych klimatyzatorów prosimy Zamawiającego o potwierdzenie możliwości instalacji jednostek zewnętrznych klimatyzacji na elewacji budynku. **Odpowiedzi Zamawiającego: nie dotyczy**

41. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie dostawy nowego mammografu nie ma dostawy mebli lub innego wyposażenia ruchomego pracowni. **Odpowiedzi Zamawiającego: nie zachodzi konieczność**

42. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie instalacji w korytach naściennych bądź napodłogowych w formie systemowych rozwiązań plastikowych

Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

43. Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi „nie” to prosimy o wskazanie jak mają być prowadzone kable łączące elementy urządzenia i kto będzie odpowiedzialny za wykonanie odpowiednich dróg kablowych? **Odpowiedzi Zamawiającego: nie dotyczy**

44. Dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust 1 oraz par. 7 ust. 1 zdanie pierwsze, par. 7 ust. 6 zdanie pierwsze:

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Sprzedawca proponuje doprecyzowanie § 4 ust. 1, § 7 ust. 1 zdanie pierwsze oraz § 7 ust. 6 zdanie pierwsze i wskazanie, że rękojmia odpowiada okresowi wynikającemu z Kodeksu cywilnego a uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Sprzedawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc następujące brzmienie § 4 ust. 1, § 7 ust. 1 zdanie pierwsze oraz § 7 ust. 6 zdanie pierwsze:

„1. Wykonawca zapewnia, że dostarczone urządzenia medyczne będą zgodne z SWZ oraz złożoną ofertą a więc w szczególności że są fabrycznie nowe, najwyższej jakości, o właściwych parametrach użytkowych, technicznych, posiadają wymagane prawem dokumenty (atesty, wpisy, certyfikaty, itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski w służbie zdrowia. Wykonawca zapewnia, iż dostarczony przedmiot umowy posiada 60- miesięczny okres gwarancji i okres rękojmi zgodny z Kodeksem cywilnym, z zastrzeżeniem wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy na podstawie rękojmi. Wykonawca zapewnia autoryzowany, bezpłatny przegląd oraz bezpłatny serwis gwarancyjny towaru będącego przedmiotem umowy w ww. okresie gwarancji oraz odpłatny serwis pogwarancyjny z gwarancją zapewnienia części zamiennych przez okres co najmniej miesięcy po upływie okresu gwarancji.”

„1. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji i 24 miesięcznej rękojmi, z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy, na dostarczony towar, a więc na jego prawidłowe właściwości, parametry /brak wad/ w tym w zakresie jakości i jego prawidłowe działanie przez cały ww. okres .”

„6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi w okresie 24 miesięcy od dnia odbioru towaru bez zastrzeżeń.”

Odpowiedzi Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedziami poniżej. Modyfikacja wzoru umowy w par. 4 ust. 1

§ 4

„1. Wykonawca zapewnia, że dostarczone urządzenia medyczne będą zgodne z SWZ oraz złożoną ofertą a więc w szczególności że są fabrycznie nowe, najwyższej jakości, o właściwych parametrach użytkowych, technicznych, posiadają wymagane prawem dokumenty (atesty, wpisy, certyfikaty, itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski w służbie zdrowia. Wykonawca zapewnia, iż dostarczony przedmiot umowy posiada 60- miesięczny okres gwarancji i 24 miesięczny okres rękojmi.

Wykonawca zapewnia autoryzowany, bezpłatny przegląd oraz bezpłatny serwis gwarancyjny towaru będącego przedmiotem umowy w ww. okresie gwarancji oraz odpłatny serwis pogwarancyjny z gwarancją zapewnienia części zamiennych przez okres co najmniej miesięcy po upływie okresu gwarancji i rękojmi.”

45. Dotyczy wzoru umowy Par. 7 ust. 1:

Jak rozumiemy Zamawiający chce uzyskać gwarancję jakości tj. dotyczącą jakości produktu i dotyczącą „wad tkwiących w produkcie”. Gwarant w związku z tym nie powinien jednocześnie odpowiadać za sytuacje, gdy awaria spowodowana została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. Objęcie takich usterek gwarancją może prowadzić do istotnego zwiększania ceny usługi, gdyż Sprzedawca będzie musiał wziąć na siebie dużo większe ryzyko. Nie jest możliwe także uwzględnienie gwarancji, gdy szkoda powstała wskutek nieprawidłowo obsługiwanego lub serwisowania urządzenia (przez następcę wykonawcy) jako sprzecznych z istotą gwarancji. Prosimy o doprecyzowanie w/w okoliczności, który odzwierciedla zakres gwarancji jakości a jednocześnie przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy w następujący sposób:

„Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z: a) niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania lub najnowszą instrukcją serwisową; b) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub osób trzecich i wywołane nimi wady; c) jakiegokolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych; d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.); e) normalnego zużycia rzeczy.”

Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapis umowy zapis par. 7 ust 1:

„ 1. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji i 24 miesięcznej rękojmi na dostarczony towar, a więc na jego prawidłowe właściwości, parametry /brak wad/ w tym w zakresie jakości i jego prawidłowe działanie przez cały ww. okres .

Gwarancja i rękojnia obejmuje wszelkie wady ujawnione zarówno przy dokonywaniu odbioru przedmiotu umowy jak i w terminie późniejszym w szczególności podczas eksploatacji sprzętu medycznego.”

46. Dotyczy wzoru umowy Par. 7 ust. 4:

Mammograf cyfrowy zbudowany jest z dużej liczby niezależnie działających części/modułów/podzespołów. Naprawa tego urządzenia nigdy nie polega na wymianie

całości mammografu. Nieuzasadniona byłaby więc sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.

Wskazujemy ponadto, iż naprawa najczęściej polega na wymianie uszkodzonego modułu lub podzespołu. Zawsze wykonywana jest zgodnie z wymogami i procedurami producenta.

Ponad to wskazujemy, iż praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu do kilku dni roboczych. W takiej sytuacji ukończenie naprawy w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia reklamacji byłoby niemożliwie.

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o zgodę na następującą modyfikację zapisu umowy:

„W ramach rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady przedmiotu umowy w terminie do 72 godzin w dni robocze lub do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy od chwili zgłoszenia reklamacji. Konieczność dokonania drugiej lub kolejnej naprawy tego samego elementu lub podzespołu przedmiotu umowy jest równoznaczna z prawem po stronie Zamawiającego do żądania dostarczenia nowego, wolnego od wad elementu lub podzespołu urządzenia”

Odpowiedzi Zamawiającego: jak odpowiedzi powyżej.

47. Dotyczy wzoru umowy Par. 7 ust. 6 i 7 oraz pozostałe zapisy swz dot. zapewnienia sprzętu zastępczego na czas naprawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od postanowienia umowy dot. obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego? Przedmiot zamówienia obejmuje skomplikowany system, którego czas dostawy od producenta wynosi kilka tygodni. Po dostawie sprzętu medycznego i komputerowego przez producenta należy wykonać montaż oraz instalację całego oprogramowania medycznego, kalibrację oraz wykonanie wszystkich testów rozruchowych. Dopiero po tym procesie następuje uruchomienie systemu. Końcowym zaś elementem zajmującym również bardzo dużo czasu jest formalny odbiór pomieszczeń. Biorąc pod uwagę powyższe, zakończenie nawet najbardziej skomplikowanej naprawy będzie możliwe w terminie przewidzianym w umowie niż dostarczenie aparatu zastępczego.

Odpowiedzi Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ i odpowiedziami powyżej.

48. Dotyczy wzoru umowy Par. 7 ust. 7:

Prosimy o wykreślenie z par. 7 ust. 7 lit. b) oraz pozostałych postanowień odnoszących się do prawa dokonania zakupów zastępczych przez Zamawiającego w przypadku przedłużającej się naprawy lub wymiany towaru powyżej 48h jako rażąco naruszające równowagę Stron. Zwracamy przede wszystkim uwagę, że tak daleko idące

postanowienie, które może się zaktualizować już po 48h godzinach od zgłoszenia jest niewspółmierne do potencjalnej szkody poniesionej przez Zamawiającego, tym bardziej, że odrębnie Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych z tego tytułu. Zamawiający więc może jednocześnie naliczyć karę za zwłokę w naprawie, zakupić sprzęt na koszt Wykonawcy i naliczyć mu jeszcze karę 10% z tego tytułu – tak szeroko określone uprawnienia Zamawiającego rażąco naruszają równowagę Stron i mogą skutkować powstaniem po stronie Zamawiającego bezpodstawnego wzbogacenia. Dodatkowo, zgodnie z par. 10 ust. 1 lit. B1, zwłoka w naprawie lub wymianie, przy niezapewnieniu sprzętu zastępczego, zezwala na odstąpienie Zamawiającego od umowy i obciążenie dodatkową karą umowną 20%, co stanowi kolejne, potencjalne dodatkowe ryzyko Wykonawcy, niewspółmierne do ewentualnego naruszenia Wykonawcy. W związku z tym, w celu wyrównania pozycji Stron umowy przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony słusznego interesu Zamawiającego, proponujemy wykreślenie z par. 7 ust. 7 lit. be i pozostałych postanowień dot. prawa dokonania zakupów zastępczych.

Odpowiedzi Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ i odpowiedziami powyżej.

49. Dotyczy wzoru umowy Par. 7 ust. 9:

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas każdej naprawy, również takiej, która nie ma wpływu na funkcjonowanie systemu ani nie uniemożliwia prowadzenie badań, ale o czas całkowitej niesprawności urządzenia. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej (jakiegokolwiek) naprawie aparatu przy tak długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na urządzenie nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania sprzętu medycznego. W związku z tym wnosimy o następującą modyfikację zapisu umowy:

„Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas całkowitego przestoju aparatury liczonej od momentu zgłoszenia awarii do momentu jej usunięcia.” **Odpowiedzi Zamawiającego:**

Zgodnie z zapisami SWZ i odpowiedziami powyżej.

50. Dotyczy wzoru umowy Par. 10:

a) Ust. 1 lit. E: Prosimy o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej i zmianę odniesienia do par. 10A na odniesienie do par. 11A. **Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską.**

b) Ust. 1 lit. B1: wnosimy o odstąpienie od ww zapisu umowy jako rażąco naruszającego równowagę stron i stanowiącego nieuzasadnioną kumulację kar. **Odpowiedzi Zamawiającego: jak w odpowiedzi pyt. 8.**

c) Ust. 3: Prosimy o dostosowanie postanowienia par. 10 ust. 3 poprzez wskazanie, że w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, co odpowiada

postanowieniom par. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. **Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zgodnie z odpowiedziami w pyt. 8.**

51. Dotyczy wzoru umowy dodanie par. 10a o sile wyższej:

Proponujemy dodanie kolejnego par. 10a o sile wyższej z uwagi na brak regulacji kwestii postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej:

„§ 10a

Siła wyższa

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.
2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.” **Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający dodaje zapis w proponowanej treści.**

52. Dotyczy swz rozdz. VIII. Pkt. 1 a) oraz Załącznik nr 2 OPZ pkt. I.57 i II.1:

W związku z rozbieżnymi zapisami swz prosimy o potwierdzenie naszego rozumienia intencji Zamawiającego, iż dokumenty dopuszczające do obrotu tj. Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności wyrobu medycznego i powiadomienie/wpis do rejestru wyrobów medycznych nie są wymagane do oferty. Wymagany przedmiotowym środkiem dowodowym, jaki należy dołączyć do oferty w zakresie dokumentów dopuszczających do obrotu jest oświadczenie Załącznik nr 8 do SWZ. **Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.**

53. Dotyczy swz rozdz. VIII. Pkt. 1 b):


Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia i oznaczenia w dokumentach zawierających opis/folderach informacyjnych jedynie parametrów technicznych oferowanego mammografu wymaganych w Załączniku nr 5, a nie np. wymogów odnoszących się do wykonywania testów, wymaganej dokumentacji, wyposażenia dodatkowego czy też świadczenia usług serwisowych itp. **Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.**

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 24.07.2021r,

Ewa Szypuła - Stapor

...../Podpis osoby uprawnionej/



k. Ewa Szypuła-Stapor